

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ **จ้างเหมาการบริการระบบติดตามการทำงานและแสดงพิกัดตำแหน่งระยะไกลสำหรับเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ(AED) จำนวน ๑๐๕ เครื่อง**
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ **กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว**
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **๑,๔๙๙,๔๐๐.-บาท**
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ **๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๔๙๙,๔๐๐.-บาท**
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) **๑๔,๒๘๐.๐๐.-บาท/เครื่อง**
 - บำรุงรักษาและทำการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์การรับ-ส่งสัญญาณ (Communicator)
 - ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต เพื่อให้ระบบพร้อมใช้งานตลอด ๒๔ ชั่วโมง
 - ตรวจสอบเช็คแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ รับ-ส่งสัญญาณ (Communicator) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดระยะเวลาของสัญญาการให้บริการ
 - รับผิดชอบค่าใช้จ่ายระบบคลาวด์ (Cloud Services)
 - ภายในระยะเวลาสัญญาการให้บริการ กรณีมีการใช้งานจริงกับผู้ป่วย ผู้ให้บริการจะต้องทำการดูแลบำรุงรักษาภายหลังการใช้งาน (After User Maintenance) ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พร้อมทำการถ่ายโอนข้อมูลประวัติผู้ป่วยภายในเครื่อง AED และทำการเปลี่ยนแผ่นนำไฟฟ้า (Electrodes) ให้ใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
 - ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของชุดอุปกรณ์ รับ-ส่งสัญญาณ เพื่อให้ระบบคลาวด์สามารถใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตลอดอายุของสัญญาการให้บริการ
 - รับประกันคุณภาพอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ
 - ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
 - คุณสมบัติของแบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ (Communicator Battery) มีอย่างน้อยดังนี้ แบตเตอรี่ชนิดอัลคาไลน์แพ็ค (Alkaline Pack) อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือน
 - คุณสมบัติของแบตเตอรี่สำหรับเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED Battery) มีอย่างน้อยดังนี้ แบตเตอรี่ชนิดอัลคาไลน์แพ็ค (Alkaline Pack) อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือน ค่ากระแสไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๕ แอมป์ชั่วโมง (Ah) สามารถช็อคได้จำนวนครั้งสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ครั้ง และสามารถอยู่ในโหมดติดตามการทำงาน (Monitoring Mode) สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมง อายุการใช้งานแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
 - กรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่ออุปกรณ์ รับ-ส่งสัญญาณได้ ผู้ให้บริการจะต้องเปลี่ยนให้ใหม่ ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด ๓ ราย ดังนี้

๕.๑ บริษัท เมติไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

๕.๒ บริษัท เอ็มดีเค เมด (ประเทศไทย) จำกัด

๕.๓ บริษัท ยูนิแคร์ ซัพพลาย จำกัด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นางสาวสมพร ตั้งโพธิ์ทอง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๖.๒ นางสาวจิรารวรรณ นาสมจิตร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๖.๓ นางสาวพนิดา สุภาสุรย์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด ๓ ราย ดังนี้

๕.๑ บริษัท เมติไลพ์ (ประเทศไทย) จำกัด

๕.๒ บริษัท เอ็มดีเค เมด (ประเทศไทย) จำกัด

๕.๓ บริษัท ยูนิแคร์ ซัพพลาย จำกัด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นางสาวสมพร ตั้งโพธิ์ทอง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๖.๒ นางสาวจิรารวรรณ นาสมจิตร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๖.๓ นางสาวพนิดา สุภาสุรย์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ